

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 146/58 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515-M-58-A-0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยางค์เก้าชนิดสำเร็จรูป
(Arch Support)

หน่วยนับ ชิ้น, อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับสวมรัดพยางค์เก้า เพื่อบรรเทาอาการเจ็บและปวด บริเวณใต้ฝ่าเท้า หรือสันเท้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ทำจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยอ่อนนุ่ม ไม่มีส่วนผสมของยาง เช่น โพลีเอสเตอร์, โพลียูรีเทนโฟม, สเปนเดกซ์ สามารถระบายความชื้น และอากาศได้ดี
- 1.2.2 มีความยืดหยุ่น สามารถยืด และหดกลับได้ โดยไม่เสียโครงร่าง
- 1.2.3 มีแผ่นรองกันกระแทก สามารถถอดออกได้
- 1.2.4 สามารถทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์พยางค์เก้า ลักษณะเป็นแผ่นยืด สามารถม้วนรัดให้แนบกระชับตามแนวโค้งของฝ่าเท้า และสามารถปรับระดับให้เหมาะสมสำหรับขนาดรอบฝ่าเท้าตามความต้องการใช้งาน


2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6
(นุสรณ์ ไชยพรหม) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 เม.ย 2558

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 04-6.13/..... ลง 26 พ.ค.58