

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 205/63 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 0105

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ แบบปลายข้องอ ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Catheter Mount Double Swivel Elbow, Disposable)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจขณะดมยาสลบ หรือขณะช่วยหายใจ
ให้กับผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มีความยาวไม่น้อยกว่า
15 ซม.

1.2.2 มีข้อต่อตัวงอ แบบ Double Swivel Elbow สำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ และมีรูเปิด - ปิดได้
สำหรับดูดของเหลว

1.2.3 ปลายท่อทั้งสองด้าน มีขนาด 22M/15F - 22F/15M หรือดีกว่า ที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นท่อต่อมีลักษณะตรง ผิวเป็นลอนคลื่น ภายในผิวเรียบ ปลายท่อด้าน
หนึ่งมีข้องอ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ. 

- 1 ก.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ แบบปลายข้ออ ซนิตใช้ครั้งเดียว
(Catheter Mount Double Swivel Elbow, Disposable)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.....วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กฤษณะ นองเนื่อง)

- 1 ก.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

13 ก.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1060 ลง 21 ก.ค. 63