

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 308/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3105

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถาดพิมพ์ฟันทั้งปาก ชนิดลึอกด้วยรูพรุน  
(Full Arch Perforated Impression Tray)

หน่วยนับ อัน/คู่

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์แบบฟันทั้งปากในผู้ป่วยทางทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นถาดโค้งคลุมฟันและสันเหงือกทั้งหมดของขากรรไกรบนหรือล่าง

1.3.2 มีขอบขนาด 1-2 ซม. ตั้งฉากหรือทำมุมป้านเล็กน้อยกับฐานตลอดทั้งชิ้น ยกเว้นส่วนท้ายของถาด  
สันขอบถาดอาจมีลักษณะเรียบหรือมีวนมนกลม

1.3.3 มีรูขนาดเล็ก เจาะกระจายทั่วทั้งถาด เพื่อช่วยยึดวัสดุพิมพ์ปากไม่ให้หลุดออกมาได้ง่าย

1.3.4 มีด้ามจับเป็นแผ่น โลหะชนิดเดียวกันเชื่อมติดบริเวณด้านหน้า มีความแข็งแรงทนทาน และขนาด  
พอดีมือจับถนัด พร้อมทั้งมีรูเจาะที่ปลายแผ่นด้ามจับด้วย

1.3.5 ถาดมี 2 แบบให้เลือกใช้ แบ่งเป็น

1.3.5.1 ถาดพิมพ์ปากบน

1.3.5.2 ถาดพิมพ์ปากล่าง

1.3.6 ถาดแต่ละแบบมีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมกับขนาดปากของผู้ป่วยแต่ละราย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 แบบและขนาดของถาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบัน  
ตรวจสอบ หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ดตาลึอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง                      ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
(ทักษิณ เจียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี                      ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ไศภิชฐ์สุดา วีรกิตติ              ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
(ไศภิชฐ์สุดา วีรกิตติ)

11 ส.ค.2553

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/695 ลง 16 ส.ค.53