

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 289/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3290

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมตัดลวด 325  
( 325 Plier )

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดลวดทั่วไปในงานทางทันตกรรม จัดฟัน และทันตกรรมประดิษฐ์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 สามารถนำไปทำให้ปราศเชื้อได้ด้วยวิธีตามมาตรฐานได้ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นคีมประกอบด้วยด้ามจับและปากคีม

1.3.2 ปากคีมทั้งสองด้านมีลักษณะเรียวเล็ก บริเวณปลายปากคีมมีร่องปากสำหรับจับลวด 1 ช่อง

1.3.3 ตัวด้ามจับมี 2 แบบ ให้เลือกใช้ คือ แบบมียางซิลิโคนหุ้ม หรือไม่มียางซิลิโคนหุ้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 แบบของด้ามจับ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักชิน เจียมทอง )

พ.อ.....  ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.ท.หญิง.....  ..... หน.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( อูสา สัจจปาละ )

15 มี.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/..... 206 ..... ลง 15 มี.ค. 54