

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 022/46

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-4511

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือถอนฟัน
(Extraction Instrument Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับถอนฟันผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เครื่องมือทุกชิ้นตามข้อ 1.3.1 - 1.3.26 ทำด้วยโลหะสแตนเลส

1.2.2 กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ (Dental Sterile Container) ตามข้อ 1.3.26 มีคุณสมบัติดังนี้

1.2.2.1 สามารถบรรจุเครื่องมือทั้งชุด โดยใช้งานได้สะดวกและเป็นระเบียบ

1.2.2.2 ภายในมีช่องล็อกเครื่องมือแต่ละชิ้น ให้อยู่กับที่ขณะเคลื่อนย้าย

1.2.2.3 มีช่องโปร่งให้น้ำจากเครื่อง autoclave สามารถแทรกซึมเข้าถึงเครื่องมือได้

1.2.3 เครื่องมือทุกชิ้นและกล่องบรรจุเครื่องมือสามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการต้ม นึ่งด้วยไอน้ำ ภายใต้อุณหภูมิและแรงดันไอน้ำฆ่าเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ชุดเครื่องมือถอนฟัน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 Forceps # F 150	หรือ # DI 015 R	หรือ # 1192	1 อัน
1.3.2 Forceps # F 151	หรือ # DI 401 R	หรือ # 1198	1 อัน
1.3.3 Forceps (เด็ก) # F 150 S	หรือ # DI 014 R	หรือ # 1196	1 อัน
1.3.4 Forceps (เด็ก) # F 151 S	หรือ # DI 400 R	หรือ # 1202	1 อัน
1.3.5 Forceps # F 23	หรือ # DI 500 R	หรือ # 1167	1 อัน
1.3.6 Root Forceps # F 300	หรือ # DG 365 R	หรือ # 1234	1 อัน
1.3.7 Root Forceps # F 301	หรือ # DG 797 R	หรือ # 1235	1 อัน
1.3.8 Roungeur Forceps # RMF	หรือ # FO 409 R	หรือ # 4262	1 อัน
1.3.9 Three Beak Forceps F88L	หรือ # DI 189 R	หรือ # 1184	1 อัน
1.3.10 Three Beak Forceps F88R	หรือ # DI 188 R	หรือ # 1183	1 อัน
1.3.11 Root Tip Pick, straight # EHB 1	หรือ # DL 011 R	หรือ # 4406	1 อัน
1.3.12 Root Tip Pick, left # EHB 2	หรือ # DL 236 R	หรือ # 4392	1 อัน
1.3.13 Root Tip Pick, right # EHB 3	หรือ # DL 237 R	หรือ # 4393	1 อัน
1.3.14 Root Tip Pick, right # EHB 13/14	หรือ # DL 242 R	หรือ # 4565	1 อัน
1.3.15 Elevator # E190	หรือ # 190	หรือ # 4127	1 อัน

/ 1.3.16... Elevat

1.3.16 Elevator # E191	หรือ # 191	หรือ # 4128	1 อัน
1.3.17 Elevator # E301	หรือ # DL 015 R	หรือ # 4973	1 อัน
1.3.18 Elevator, straight # E 34 S	หรือ # DL 363 R	หรือ # 4411	1 อัน
1.3.19 Byonet # EA30	หรือ # DL 221 R	หรือ # 4129	1 อัน
1.3.20 Byonet # EA31	หรือ # DL 222 R	หรือ # 4130	1 อัน
1.3.21 Needle Holder # NHCW	หรือ # BM 235 R	หรือ # 4068	1 อัน
1.3.22 Mouth Gag # MGA	หรือ # OM 041 R	หรือ # 4407	1 อัน
1.3.23 Scissors # S14	หรือ # BC 154 R	หรือ # 4015	1 อัน
1.3.24 Tissue Forceps # TP34	หรือ # BD 527 R	หรือ # 4143	1 อัน
1.3.25 Cartridge Syringe	หรือ Cartridge Syringe	หรือ # 6555	1 อัน
1.3.26 Dental Sterile Container			1 กล่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีป้ายหรือเครื่องหมายถาวรแสดงชื่อชุดของสิ่งอุปกรณ์ติดอยู่บนหน้า Dental Sterile Container เห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องวางซ้อนกัน
- 3.2 มีเครื่องหมายถาวรของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ประทับจากโรงงานผู้ผลิตติดอยู่บนผิววัสดุสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.3 มีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข
- 3.4 มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย หรือ ระหว่างชาติ ISO 9001

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร ประจำแผนก พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อรรถยุทธ อินทร์วร)

-----16-----/-----ม.ค.-----/-----46-----

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.อนนท์ นอบไทย ผทล.ทบ./ประธานกรรมการ

(อนนท์ นอบไทย)

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ ผอ.กคบ.พบ./กรรมการ

(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)

(ลงชื่อ) พ.ท.สถาพร สหวัฒน์ หน.กบ.ทบ./กรรมการ

(สถาพร สหวัฒน์)

-----23-----/-----เม.ย.-----/-----46-----

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.ที่
ต่อ กท 0404/6929 ลง 5 มิ.ย.46