

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 108/60 ( พบ. )

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6530 - M - 60 - S - 0059

ชื่อสิ่งอุปกรณ์            ตู้ข้างเตียง  
( Bedside )

หน่วยนับ                    ตู้

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บของ และวางของส่วนตัวของผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้าง และตัวตู้ผลิตจากพลาสติก Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 ตัวตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 475 x 475 x 760 มิลลิเมตร

1.2.3 ด้านบนตัวตู้หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสเกรดดีไม่เป็นสนิม

1.2.3.1 มีลิ้นชัก และเหนือลิ้นชักมีถาด สามารถดึงออกเมื่อใช้งาน และเก็บได้อย่างมิดชิด

1.2.3.2 มีตู้ที่อยู่ใต้ลิ้นชัก ภายในตู้มีชั้นวางของ สามารถปรับสูงต่ำได้

1.2.3.3 ประตูตู้ ปิด - เปิด ด้วยระบบแถบแม่เหล็ก

1.2.3.4 ด้านข้างทั้งด้านซ้าย และด้านขวามีราวสำหรับใช้แขวนสิ่งของอเนกประสงค์

1.2.3.5 มีล้อ 4 ล้อ ล้อหน้า 2 ล้อล็อกได้ ล้อหลัง 2 ล้อหมุนรอบตัวได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นตู้ข้างเตียง ประกอบด้วย ถาด ลิ้นชัก และตัวตู้มีประตูปิด - เปิดอยู่ด้านหน้า มีล้อ 4 ล้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...


27 ก.พ. 2560


พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ตู้ข้างเตียง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ..........นายทหารพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระ  
(สมรส ศรีภูงา) พระพุทธยอดฟ้าฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

27 ก.พ. 2560

คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์  
ตามบัญชี ก.พบ.ที่แนบมา  
ที่กอง ๐๓๑.๑๕/ 257 ลง 27 ก.พ. 60