

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่	021/46
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	6520-XX-248-4514
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	ชุดเครื่องมือผ่าฟันคุด (Impact Operative Instrument Set)
หน่วยนับ	ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผ่าฟันคุด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เครื่องมือทุกชิ้นตามข้อ 1.3.1 - 1.3.30 ทำด้วยโลหะสแตนเลส

1.2.2 กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ (Dental Sterile Container) ตามข้อ 1.3.30 มีคุณสมบัติดังนี้

1.2.2.1 สามารถบรรจุเครื่องมือทั้งชุดโดยใช้งานได้สะดวกและเป็นระเบียบ

1.2.2.2 ภายในมีช่องล็อกเครื่องมือแต่ละชิ้น ให้อยู่กับที่ขณะเคลื่อนย้าย

1.2.2.3 มีช่องโปร่งใสน้ำจากเครื่อง autoclave สามารถแทรกซึมเข้าถึงเครื่องมือได้

1.2.3 เครื่องมือทุกชิ้นและกล่องบรรจุเครื่องมือ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการต้ม นึ่ง ด้วยไอน้ำภายใต้แรงดันและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ชุดเครื่องมือผ่าฟันคุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1	Forceps # F 150	หรือ # DI 015 R	หรือ # 1192	1 อัน
1.3.2	Forceps # F 151	หรือ # DI 401 R	หรือ # 1198	1 อัน
1.3.3	Root Forceps # F 300	หรือ # DG 365 R	หรือ # 1235	1 อัน
1.3.4	Root Forceps # F 301	หรือ # DG 797 R	หรือ # 1234	1 อัน
1.3.5	Rongeur Forceps # RMF	หรือ # FO 409 R	หรือ # 4262	1 อัน
1.3.6	Tissue Forceps # TP 34	หรือ # BD 527	หรือ # 4143	1 อัน
1.3.7	Tissue Forceps # TP 42	หรือ # BD 512 R	หรือ # 5254	1 อัน
1.3.8	Molt Periosteal # P9	หรือ # DO 543 R	หรือ # 4538	1 อัน
1.3.9	Periosteal Retractor # P23 (Selden)	หรือ # DO553R	หรือ # 5278	1 อัน
1.3.10	Periosteal Elevator #CM 2/4	หรือ # OL 165 R	หรือ # 156183	1 อัน
1.3.11	Periosteal Elevator #CM 4	หรือ # FK 300 R	หรือ # 659231	1 อัน
1.3.12	Elevator # E301	หรือ # DL 015 R	หรือ # 4973	1 อัน
1.3.13	Elevator, straight #34 S	หรือ # DL 363 R	หรือ # 4411	1 อัน

1.3.14/ Elevator.....

021/46

1.3.14 Elevator # E190	หรือ # 190	หรือ # 4127	1 อัน
1.3.15 Elevator # E191	หรือ # 191	หรือ # 4128	1 อัน
1.3.16 Root Tip Pick, straight # EHB 1	หรือ # DL 011 R	หรือ # 4406	1 อัน
1.3.17 Root Tip Pick, left # EHB 2	หรือ # DL 236 R	หรือ # 4392	1 อัน
1.3.18 Root Tip Pick, right # EHB 3	หรือ # DL 237 R	หรือ # 4393	1 อัน
1.3.19 Root Tip Pick ,right # EHB 13/14	หรือ # DL 242 R	หรือ # 4565	1 อัน
1.3.20 Byonet # EA30	หรือ # DL 221 R	หรือ # 4129	1 อัน
1.3.21 Byonet # EA31	หรือ # DL 222 R	หรือ # 4130	1 อัน
1.3.22 Bone Curette # CL 85	หรือ # DO 608 R	หรือ # 3087	1 อัน
1.3.23 Bone File (MILLER) # BF3X	หรือ # DO 772	หรือ # 5807	1 อัน
1.3.24 Scalpel Handle(Blade Holder) No 3	หรือ # BB 073 R	หรือ # 5523	1 อัน
1.3.25 Needle Holder # NHCW	หรือ # BM 235 R	หรือ # 4068	1 อัน
1.3.26 Mouth Gag # MGA	หรือ # OM 41	หรือ # 4407	1 อัน
1.3.27 Scissors # S14	หรือ # BC 154 R	หรือ # 4015	1 อัน
1.3.28 Cartridge Syringe	หรือ Cartridge Syringe	หรือ # 6555	1 อัน
1.3.29 Straight Handpiece #EX-5	หรือ #EX-5	หรือ # PM 1132	1 อัน
1.3.30 Dental Sterile Container			1 กล่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีป้ายหรือเครื่องหมายการแสดงชื่อชุดของสิ่งอุปกรณ์ติดอยู่บนหน้า Dental Sterile Container เห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องวางซ้อนกัน
- 3.2 มีเครื่องหมายการของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ประทับจากโรงงานผู้ผลิตติดอยู่บนผิววัสดุสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.3 มีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข
- 3.4 มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย หรือ ระหว่างชาติ ISO 9001

4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

021/46

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

- (ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)
- (ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)
- (ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร ประจำแผนก พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(อรรถยุทธ อินทร์วร)

-----16-----/-----ม.ค.-----/-----46-----

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.

- (ลงชื่อ) พล.ต.อนนท์ นอบไทย ผทล.ทบ./ประธานกรรมการ
(อนนท์ นอบไทย)
- (ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)
- (ลงชื่อ) พ.ท.สถาพร สหวัฒน์ หน.กทบ.ทบ./กรรมการ
(สถาพร สหวัฒน์)

-----23-----/-----เม.ย.-----/-----46-----

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.ที่
ต่อ กท 0404/6929 ลง 5 มิ.ย.46