

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 138/55 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3539

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมถอดครอบฟันสำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
(Prosthetic Crown Removal Plier)

หน่วยนับ อัน/ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถอดครอบฟันที่ใช้ในงานใส่ฟัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ตัวคีมทำจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถถอดเข้าออกได้
ไอ้่น้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีรูปร่างคล้ายคีมทั่วไป ปลายโค้ง

1.3.2 ส่วนปลายคีม มีแผ่นยางหุ้มทั้ง 2 ข้าง เพื่อรองรับแรงยึดในการจับครอบฟัน และสามารถเปลี่ยน
ได้เมื่อเกิดการชำรุด

1.3.3 มีอะไหล่แผ่นยางสำหรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการชำรุด

1.3.4 อาจมีฝงทรายสำหรับยึดชิ้นงานบรรจุอยู่ในภาชนะที่ฝาปิด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีเอกสารประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด


3.2 ได้รับการรับรองคุณภาพ ในด้านการผลิตตามมาตรฐานสากล


3.3 ทั้งตัวคีม อะไหล่แผ่นยาง และฝงทราย ที่ต้องการจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.  ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสิทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง  ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6
(ไชยชัชสูตา วีรจิตติ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

๕ 1 ก.พ 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/... ๑๕ ... ลง ๒ ก.พ. ๕๕