

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 118/46 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-4532
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจปริทันต์
(Periodontal Probe)
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตรวจวัดความลึกของร่องลึกปริทันต์ และร่องรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากโลหะสแตนเลส

1.2.2 สามารถนำไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และอบนึ่งด้วยไอน้ำ ภายใต้อุณหภูมิความดันได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มี 2 แบบ ให้เลือกตามตำแหน่งใช้งาน ได้แก่

1.3.1.1 แบบตรวจร่องลึกครอบตัวฟัน (UNC probe)

1.3.1.2 แบบตรวจร่องรากฟัน (Naber probe)

1.3.2 แบบตรวจร่องลึกครอบตัวฟันส่วนค้ำจับมีลักษณะกลม ผิวขรุขระ สามารถจับได้ไม่ลื่น ส่วนใช้งานมีปลายเดียว ลักษณะเรียวเล็กคล้ายเข็ม หักทำมุมกับส่วนค้ำจับ(ontra-angle)บนผิวโลหะมีเส้นแถบดำเป็นระยะ ๆ ตามแนวยาว เพื่อดูความลึกของร่องลึกปริทันต์ ได้ตั้งแต่ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 มม.

1.3.3 แบบตรวจร่องรากฟัน ส่วนค้ำจับมีลักษณะกลม ผิวขรุขระ สามารถจับได้ไม่ลื่น ส่วนใช้งานมี 2 ปลายลักษณะเรียวเล็กคล้ายเข็ม มีความโค้ง สำหรับการสำรวจร่องรากฟันกราม บนผิวโลหะมีเส้นแถบดำ เป็นระยะ ๆ ตามแนวยาว เพื่อดูความลึกของร่องรากฟัน ได้ตั้งแต่ 3-6-9-12 มม.

1.3.4 แบบของเครื่องมือที่ต้องการจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล มีสัญลักษณ์ของผู้ผลิตสลักบนค้ำจับ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ แคลตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต. อรรถยุทธ อินทร์วร ประจำแผนก พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อรรถยุทธ อินทร์วร)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 749 ลง 26 ธ.ค.45