

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 103/66 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 66 - S - 0003

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างทำความสะอาดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบที่ 1  
หน่วยนับ ถัง, ขวด, กล่อง, กระปุก, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบของ Peracetic Acid สำหรับเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำยา 2 ชนิด

1.2.1.1 น้ำยา (Detergent)

1.2.1.2 น้ำยาฆ่าเชื้อแบบ High Level Disinfectant และ Chemical Sterilant  
กลุ่ม Peracetic Acid

1.2.2 สามารถล้างทำความสะอาดคราบเลือด โปรตีน และไขมันได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Ready to Use) สำหรับใช้งานกับเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ชนิดของบรรจุภัณฑ์ จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ของ พบ.

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ท. .... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

25 พ.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ.หญิง .... กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง .... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. .... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


19 ธ.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาล้างทำความสะอาดกล่องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบที่ 1


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ปุญชทร ทิพวงษ์ )


พ.อ..........รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ชาตรี บุญเจือ )


พ.ท..........อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( คามิน ทรินวรรณ )  
25 พ.ย. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ..........รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ  
( เมธา เทียงคำ )

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.หญิง..........นปก.ประจำ พบ./  
( สิริวรรณ สมจินตนา ) กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง..........ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/  
( อรอนงค์ แสนเจริญ ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท..........อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( คามิน ทรินวรรณ )  
19 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1544. ลง 26 ธ.ค. 65