

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 420/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-260-4296
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตู้ส่องฟิล์ม
หน่วยนับ ตู้

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นตู้สำหรับส่องคูฟิล์ม ขนาด 1 – 4 แต่ละช่องสามารถเสียบฟิล์มขนาด 14"x17" ได้พอดี จำนวนช่องจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.2 ตู้มีขนาด (สูงxลึก) 19 1/8" x 5 1/2" ความกว้าง กว้างตามจำนวนช่อง
- 1.1.3 ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก หรือ โลหะไม่เป็นสนิม หรือ พี.วี.ซี.
- 1.1.4 ด้านหน้าตู้เป็นแผ่นพลาสติกสีขาวแผ่นเดียวตลอดตู้
- 1.1.5 มีรางเลื่อนสำหรับเสียบฟิล์มตลอดตู้
- 1.1.6 มีที่แขวนแสงเกอร์ และรางรองรับน้ำขนาด กว้าง 2" ยาวตลอดแนวตู้
- 1.1.7 สามารถตั้งบน โต๊ะหรือแขวนผนังได้
- 1.1.8 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับคูฟิล์ม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.3.1 ภายในตู้มีหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
- 1.3.2 มีสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 1.3.3 มีสวิตช์ ปิด-เปิด อยู่หน้าตู้ ขอบล่างมีสัญลักษณ์เปิด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทย 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และ โทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา หน.แผนกแผน - ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ร.ร.6/กรรมการ
(ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา)

....28...../...พ.ค...../..44.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/318 ลง 29 พ.ค.44