

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 141/58 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515-M-58-A-0003

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด
(Cleaning Brush for Surgical Instruments)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค จำแนกตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

1.2.1 แปรงล้างพื้นผิวภายในหลอดท่อขนาดเล็ก

1.2.1.1 ขนแปรง ทำจากไนลอน หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความยืดหยุ่น สามารถทนต่อสารซักล้าง ชนิดต่าง ๆ ได้

1.2.1.2 ก้านแปรง ทำจากโลหะปลอดสนิม เช่น Stainless Steel หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า สามารถทนต่อสารเคมีกัดกร่อน และแรงเครียดได้

1.2.1.3 ด้ามแปรง ทำจากวัสดุชนิด Medical Grade มีความยืดหยุ่นและคงรูปได้ดีไม่หักงอ

1.2.1.4 สามารถทนต่อความร้อน และ/หรือ นำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ได้

1.2.2 แปรงปิดสนิม

1.2.2.1 ขนแปรง มีทั้งชนิดที่ทำจากไนลอน ซึ่งมีความยืดหยุ่น กับชนิดที่ทำจากโลหะปลอดสนิม เช่น ทองเหลือง Stainless Steel หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีลักษณะอ่อนนุ่ม สามารถลดการกัดกร่อนของพื้นผิวได้

1.2.2.2 ด้ามแปรง ทำจากวัสดุชนิด Medical Grade มีความทนทานและคงรูปได้ดี ไม่หักงอ

1.2.2.3 สามารถทนต่อความร้อน และ/หรือ นำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ได้

1.2.3 แปรงทำความสะอาด Endoscope มีหัวแปรง ทำจากใยฝ้าย หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า สามารถดูดซับคราบสกปรกได้ดี และมีเส้นใยไนลอน สามารถใช้ดันหัวแปรงให้ผ่านเข้าภายในช่องท่อของ Endoscope ได้

/1.3 คุณลักษณะ...

27 เม.ย. 2558

ว.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 แปรงสำหรับทำความสะอาด มีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 3 แบบ คือ แปรงล้างพื้นผิวภายในหลอด
ท่อขนาดเล็ก แปรงปิดสนิม และแปรงทำความสะอาด Endoscope

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

1.3.3 สามารถใช้ร่วมกับกล่อง หรือราวสำหรับแขวนแปรง โดยทำจากโลหะปลอดสนิม เช่น Stainless
Steel หรือโพลีเมอร์ ชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 แบบ และขนาดของแปรงสำหรับทำความสะอาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแฉัดตาลีอก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผ.อ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง..........ผ.อ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง..........ประจำ พบ. ชรก.กวญ.รพ.ร.ร.6

(จีราพร ชั้นประดับ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

27 เม.ย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...690 ลง...26พ.ค.58