

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 278/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1330

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายดูดเลือดออกจากห้องหัวใจขณะผ่าตัดชนิด Sump  
(Intra cardiac sump)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นสายสำหรับใส่เข้าไปในห้องหัวใจ เพื่อดูดระบายเลือดในขณะผ่าตัดหัวใจ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายสายด้านหนึ่งมีรูเปิดหลายรูที่ด้านข้าง (Perforated pool tip)

1.2.2 ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นข้อต่อขนาด ¼ นิ้ว

1.2.3 มี 2 ขนาด ให้เลือก คือ ผู้ใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 Fr. ยาว 15 นิ้ว และเด็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 Fr. ยาว 12 นิ้ว โดยจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายพลาสติกใสกลวง ปลายด้านหนึ่งมีรูเปิดหลายรูอีกด้านหนึ่งเป็นข้อต่อขนาด ¼ นิ้ว

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 สาย ต่อ 1 ชิ้น และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชีรฉัตร ศีลารัตน์  
( ชีรฉัตร ศีลารัตน์ )

ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1024 ลง 14 พ.ย.48

10 พ.ย.2548