

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 361/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3362

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ
(Cardiotomy Suction)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับดูดเลือด ทั้งบริเวณด้านนอกและด้านในขณะผ่าตัดหัวใจ เพื่อนำเลือดกลับเข้าสู่ปอดเทียมแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ตัวท่อทำด้วย Stainless Steel

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวอุปกรณ์เป็นท่อยาว ด้านหนึ่งเป็นด้ามจับมีข้อต่อขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อต่อกับสายนำเลือดลงสู่ปอดเทียม

1.3.2 ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหัวพลาสติกไว้สำหรับดูดเลือดบริเวณที่ผ่าตัด มีหัวหลายชนิดให้เลือก

1.3.3 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อ สามารถใช้งานได้ทันที บรรจุ 1 ชิ้นต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ


3.2 หัวข้อต่อที่ใช้สำหรับดูดเลือด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.......... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.......... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ.......... ศัลยแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ธีรฉัตร ศีลารัตน์)

22 ก.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนาจให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 22 ก.ค. 54