

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 354/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1406

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง
(Vitrectomy Probe)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง (Posterior Vitrectomy)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นหัวตัดชนิด Guillotine Cutting มีหลายแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.2 ใช้ต่อเข้ากับเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตา Accurus

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บรรจุของละ 1 ชิ้น

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์

พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุฯ รพ.ร.ร.6/

(เปรมวดี ฐานพงษ์)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

24 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/994 ลง 4 พ.ย.48