

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 253/57 (พบ.)
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-4133
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายระบายสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย
 (Drainage Catheter)
 หน่วยนับ เส้น/ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับระบายสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 สายมีระบายหลายรู เพื่อระบายสารคัดหลั่งต่างๆ ได้ดี
- 1.3.2 ส่วนปลายสายสามารถขดได้ เพื่อช่วยในการยึดเกาะเมื่อใส่สายระบายเรียบร้อยแล้ว
- 1.3.3 มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาดให้เลือกใช้ ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 6 Fr
- 1.3.4 มีความยาวหลายขนาดให้เลือกใช้ ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ขนาดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของสายระบาย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทัดสิน เจริญทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ..... รังสีแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ชัชชาญ คงพานิช)

1 ส.ค. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
 ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กก.พบ.
 ที่ กท 0446.13/... 990... ลง 8 ส.ค. 57