

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 130/64 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 64 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับน้ำหนัก สำหรับปูบนเตียง
(Operating Table Pads)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับปูบนเตียงผู้ป่วย หรือเตียงผ่าตัด เพื่อรองรับน้ำหนักผู้ป่วยบริเวณ
ปุ่มกระดูก และส่วนต่างๆ ของร่างกาย ลดแรงกดทับ และป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่นอนผ่าตัด
นานๆ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง และป้องกันการถูกกดทับจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากโพลีเมอร์ หรือ ซิลิโคนเจล หรือ ซิลิโคนเจล และโฟม หรือ ซิลิโคนเจลสองชั้น หรือยางพารา
หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ที่มีลักษณะคงตัวและยืดหยุ่น ไม่เสียรูปร่าง เมื่อใช้งานเป็น
เวลานาน จะระบุประเภทวัสดุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.2 เมื่อเกิดรอยฉีกขาด หรือถูกของแหลมทิ่มตำอุปกรณ์ จะไม่มีการรั่วซึมออกมาภายนอก

1.2.3 สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม Disinfectant และผงซักฟอก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์รองรับน้ำหนัก สำหรับปูบนเตียง มีหลายแบบ และขนาดให้เลือก
ใช้งาน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ดังนี้

1.3.1 อุปกรณ์รองรับน้ำหนักบริเวณลำตัว สำหรับปูบนเตียง แบบใช้กับผู้ใหญ่ มีขนาดกว้าง x ยาว x หนา
ไม่น้อยกว่า 520 x 500 x 10 มิลลิเมตร

1.3.2 อุปกรณ์รองรับน้ำหนักบริเวณลำตัว สำหรับปูบนเตียง แบบใช้กับเด็ก มีขนาดกว้าง x ยาว x หนา
ไม่น้อยกว่า 605 x 335 x 10 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

3.2 ประเภทวัสดุ แบบ และขนาดของอุปกรณ์รองรับน้ำหนัก สำหรับปูบนเตียง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น
ISO 13485 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

อุปกรณ์รองรับน้ำหนัก สำหรับปูบนเตียง

(Operating Table Pads)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ. รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ธาตรี บุญเจือ)

พ.ท. วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กฤษณะ นองเนื่อง)

15 ก.พ. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ. รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ

(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง นปก.ประจำ พบ./

(สิริวรรณ สมจินตนา)

กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.หญิง ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.6/

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กฤษณะ นองเนื่อง)

25 ก.พ. 2564

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...308... ลง...5 มี.ค. 64