

หน้าที่ 1

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยโดยวิธีไม่รุกรานร่างกายด้วยแผ่นบรรจุน้ำ

(Non-invasive Temperature Management with Water Pads)

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 001/60 หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515-M-69-P-0162

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1.	สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเป็นเกณฑ์กำหนดไปควบคุมการทำงานของเครื่องเพื่อให้ได้อุณหภูมิร่างกายตามความต้องการ (ข้อ 1.2.4)	10			
	1.1 สามารถเลือกวิธีการควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic) โดยใช้อุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย (Core Temperature) เป็นเกณฑ์กำหนด หรือ แบบปรับด้วยตนเอง (Manual) โดยอาศัยอุณหภูมิน้ำในเครื่องเป็นเกณฑ์กำหนด ไปควบคุมการทำงานของเครื่องเพื่อให้ได้อุณหภูมิร่างกายตามความต้องการ		10		
	1.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้วิธีเดียว โดยใช้อุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย (Core Temperature) หรือ อุณหภูมิบริเวณผิวหนัง (Skin Temperature) เป็นเกณฑ์กำหนดไปควบคุมการทำงานของเครื่องเพื่อให้ได้อุณหภูมิร่างกายตามความต้องการ		5		
2.	สามารถแสดงค่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยได้ในช่วง 15 °C – 44 °C หรือกว้างกว่า (ข้อ1.2.5)	10			
	2.1 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยได้ กว้างกว่า ช่วง 15 °C – 44 °C		10		
	2.2 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยได้เฉพาะ ในช่วง 15 °C – 44 °C		5		

หน้า 2

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3.	มีระบบปั๊มน้ำไหลผ่านเครื่องไปยังแผ่นบรรจุน้ำ (Water Pads) ที่หุ้มห่ม หรือวางแนบบนร่างกายผู้ป่วยแล้วไหลเวียนกลับเข้าตัวเครื่อง โดยมีอัตราการไหลเวียนของน้ำไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตรต่อนาที (ข้อ 1.2.6)	10			
	3.1 มีระบบปั๊มน้ำไหลผ่านเครื่องไปยังแผ่นบรรจุน้ำ (Water Pads) ที่หุ้มห่ม หรือวางแนบบนร่างกายผู้ป่วยแล้วไหลเวียนกลับเข้าตัวเครื่อง โดยมีอัตราการไหลเวียนของน้ำมากกว่า หรือเท่ากับ 5 ลิตรต่อนาที		10		
	3.2 มีระบบปั๊มน้ำไหลผ่านเครื่องไปยังแผ่นบรรจุน้ำ (Water Pads) ที่หุ้มห่ม หรือวางแนบบนร่างกายผู้ป่วยแล้วไหลเวียนกลับเข้าตัวเครื่อง โดยมีอัตราการไหลเวียนของน้ำน้อยกว่า 5 ลิตรต่อนาที		5		
4.	มีถังเก็บน้ำที่มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลิตร สามารถเติมน้ำเข้าถังเก็บได้โดยตรง หรือมีระบบดูดน้ำจากภาชนะภายนอกเข้าถังเก็บ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำในถังต่ำ หรือช่องแสดงระดับน้ำที่สังเกตได้ง่าย (ข้อ 1.2.8)	10			
	7.1 มีถังเก็บน้ำที่มีความจุ มากกว่า 3 ลิตร สามารถเติมน้ำเข้าถังเก็บได้โดยตรง หรือมีระบบดูดน้ำจากภาชนะภายนอกเข้าถังเก็บ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำในถังต่ำ หรือช่องแสดงระดับน้ำที่สังเกตได้ง่าย		10		
	7.2 มีถังเก็บน้ำที่มีความจุ ไม่เกิน 3 ลิตร สามารถเติมน้ำเข้าถังเก็บได้โดยตรง หรือมีระบบดูดน้ำจากภาชนะภายนอกเข้าถังเก็บ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำในถังต่ำ หรือช่องแสดงระดับน้ำที่สังเกตได้ง่าย		5		
5.	ผลิตภัณฑ์มีบริการหลังการขายโดยการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้	10			
	8.1 ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี		10		
	8.2 ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันคุณภาพ น้อยกว่า 2 ปี		5		

หน้าที่ 3

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาดัดสินโดยใช้

1. ราคาที่บริษัทเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

พ.อ..........ประธานกรรมการ

(รณานัฐ บางขวด)

พ.ต.หญิง..........กรรมการ

(ชนิษฐา ปิยะชาติ)

ร.อ.หญิง..........กรรมการ

(ภัคควดี เหลือมทองกลาง)