

ผนวก ก.

เงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะงานการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

1. การจัดหา ติดตั้ง และส่งมอบเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ
 - 1.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ และดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ภายในกองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ตามสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 - 1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
 - 1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการ
 - 1.4 การติดตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดแผนการติดตั้งทั้งหมดให้โรงพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. คุณสมบัติและมาตรฐานของเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ
 - 2.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ สมรรถนะ โปรแกรมการใช้งาน และเอกสารแคตตาล็อก เป็นไปตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนด
 - 2.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และเครื่องต้องสามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะทุกประการ
 - 2.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนการตรวจรับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 - 2.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มสมรรถนะของเครื่อง (Upgrade ทั้ง Hardware และ Software) ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีขณะนั้นตลอดสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและทางราชการ

3. การให้บริการตรวจวินิจฉัย

3.1 การถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของนักรังสีการแพทย์ ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3.2 ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติได้ทุกวันตามที่กองทันตกรรมเปิดให้บริการ

3.3 กรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับใบขอส่งถ่ายภาพรังสีฯ หรือในกรณีเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการถ่ายภาพรังสีจากสถานบริการอื่นโดยไม่ให้เกิดความล่าช้า โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

4. การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และจรรยาบรรณ

4.1 ผู้รับจ้างต้องควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลชนิดสามมิติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และต้องมีอะไหล่สำรองเพียงพอ

4.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ค่าบริการ การรายงาน และระบบสารสนเทศ

5.1 การเรียกเก็บค่าบริการตรวจ ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อการตรวจ 1 ส่วน (Part Examination) หากต้องตรวจซ้ำจากคุณภาพภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถ่ายภาพรังสีซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาค่าบริการตรวจตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีกำหนดหรือต่ำกว่า (ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ)

5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านกองทันตกรรม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

5.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (Image Storing System/PACS) รวมถึงหน่วยความจำที่เพียงพอ โดยภาพและผลการตรวจถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล

6. บุคลากร ระบบคุณภาพ และการพัฒนาศักยภาพ

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีนักรังสีการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการตรวจ

6.2 ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพบริการและงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

6.3 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าศึกษาดูงานได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย

6.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนาธิอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) ระบบควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control : IC) ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Information Management : IM) ระบบยา (Medication System) ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HR) และระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment Health and Safety : ENV) และระบบคุณภาพอื่นๆที่โรงพยาบาลกำหนด หรือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

6.5 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย และการพัฒนาระบบบริการ โดยต้องปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐาน และข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆของโรงพยาบาล รวมทั้งผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และระบบงานคุณภาพโรงพยาบาลค่ายสุรนาธิอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อปรับปรุงต้องได้รับการแก้ไขขอให้ผู้รับจ้างร่วมประชุมและกำหนดแนวทางกับผู้ว่าจ้างเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบงานตามข้อ 6.4

6.6 ผู้รับจ้างต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น ตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนาธิจัดขึ้นหรือกำหนด

7. คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ให้บริการตรวจถ่ายภาพรังสีไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงต่อคณะกรรมการคัดเลือก

7.2 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานติดตั้งเครื่องถ่ายภาพรังสีในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า 5 แห่ง พร้อมเอกสารยืนยัน

8. การบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญา และเครื่องสำรอง

8.1 หากผู้รับจ้างให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือภายใน 30 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

8.2 เมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องพร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ให้เรียบร้อยภายใน 90 วัน หากมีการต่อเติมถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและซ่อมแซมให้ดังเดิม

พ.อ.(พ) หญิง  ประธานกรรมการ
(สุลิดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์)

ผอ.กอง กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนาธิ