

แบบการพิจารณาการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 028/63 หมายเลข 6515-M-63-P-2057

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	ตัวแปรที่ใช้ประเมิน	ระดับคะแนนเต็ม 100 คะแนน	
		เต็ม	คะแนนที่ได้
1	ในโหมด Spectral Doppler Mode หรือ Pulsed-Wave Doppler mode ตัวเครื่องสามารถปรับมุมของ Sample Volume ได้ 1 ปรับได้ บวกลบ 80 องศาขึ้นไป (15คะแนน) 2 ปรับได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ บวกลบ 80 องศา (5คะแนน)	15	
2	ในโหมด 3 มิติ 4 มิติ มีฟังก์ชันที่ช่วยในการปรับเส้นสมมติให้ตัดโนมิติแบบ Realtime เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสร้างภาพ 3 มิติ 4 มิติ 1 มี (15คะแนน) 2 ไม่มี(0คะแนน)	15	
3	หัวตรวจช่องคลอดสามมิติสี่มิติ มีฟังก์ชันปรับขนาดมุมมองของหัวตรวจ(Field of view)เพื่อดูพื้นที่ของอวัยวะที่ตรวจได้อย่างครอบคลุม 1 มีเทคโนโลยีที่หัวตรวจสามารถ Sweep crystal ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องขยับหัวตรวจ (15คะแนน) 2 มีเทคโนโลยี Wide Scan (5คะแนน)	15	
4	เครื่องมี Protocol การประเมินความเสี่ยงของมะเร็งในก้อนเนื้อของรังไข่และอวัยวะข้างเคียง ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 1 มี ครบทุกข้อ(15 คะแนน) 2 มี 4 ข้อ (10 คะแนน) 3. มี 1-3 ข้อ (5 คะแนน) 1. IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) LR2 approach 2. IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) simple rules approach 3. IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) ADNEX approach 4. IDEA (International Deep Endometriosis Analysis) 5. IETA (International Endometrial Tumor Analysis)	15	
5	มีเทคโนโลยีที่ช่วยการตรวจจับเส้นเลือดขนาดเล็ก ที่มีความเร็วต่ำๆเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ 1 มี 2 ข้อ (15คะแนน) 2 มี 1 ข้อ (5 คะแนน) 1. มีเทคโนโลยีที่ใช้ Doppler Technique 2. มีเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ Doppler Technique และไม่มีข้อจำกัดของกรอบ ROI	15	
6	ระยะเวลาประกันเครื่อง 1 3 ปี (10คะแนน) 2 2 ปี(5คะแนน)	10	
7	ในระยะเวลาประกัน หรือนอกระยะเวลาประกันเครื่อง ทางบริษัทสามารถ Oncall เพื่อรับแจ้ง พร้อมแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น 1 ตลอด 24 ชั่วโมง (10 คะแนน) 2 ภายในเวลาทำการของบริษัท (5 คะแนน)	10	
8	ในระยะเวลาประกันเครื่อง เมื่อเครื่องของทางโรงพยาบาลมีปัญหา ทางบริษัทสามารถนำเครื่องสำรอง มาสำรองให้กับโรงพยาบาลภายในระยะเวลา ที่ทางโรงพยาบาลกำหนด 1 ภายใน 7 วันทำการ (5 คะแนน) 2 มากกว่า 7 วันทำการ(0 คะแนน)	5	
	รวมคะแนนในส่วนของคุณภาพ	100	

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาคัดสินโดยใช้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70

พ.ท. เอกสิทธิ์ ชัยอมทรัพย์ประธานกรรมการ
(เอกสิทธิ์ ชัยอมทรัพย์)

พ.ต.หญิง กัญญา โประสูงเนินกรรมการ
(กัญญา โประสูงเนิน)

พ.ต.หญิง ศิริขวัญ แฝกระโทกกรรมการ
(ศิริขวัญ แฝกระโทก)