

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 315/43 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6640 - M - 62 - S - 1701

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่องชนิด 10 การทดสอบ
(Ten-Patch Test Strip)

หน่วยนับ แถบ, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้จุ่มในปัสสาวะเพื่อทดสอบสารเคมี การทดสอบสามารถอ่านผลได้ด้วย
เครื่องอ่านแถบทดสอบอัตโนมัติ Miditron M, Miditron Junior, Miditron Junior II หรือ Urilux
ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะชนิด 10 การทดสอบ

1.3.2 มีแถบสำหรับดัดสีของปัสสาวะที่เข้มข้นปกติ (Compensate Pad)

1.3.3 บรรจุในภาชนะหรือขวดมีสารดูดความชื้นมีฝาปิดสนิท

1.3.4 สามารถอ่านผลสารเคมีได้ 10 การทดสอบ ดังนี้

- Specific gravity

- pH

- Leukocytes

- Nitrite

- Proteins

- Glucose

- Ketones

- Urobilinogen

- Bilirubin

- Blood

1.3.5 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสลากระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

รับรองถูกต้อง

ร.ท.หญิงอังคณา จ้อยบรรดิษฐ์
นายทหารเทคนิคการแพทย์

/คณะกรรมการ...

7 มี.ค. 2562

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่องชนิด 10 การทดสอบ
(Ten-Patch Test Strip)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปณชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง.....จอมใจ น้อย.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง.....**กัญจน์ จิตทอง**.....เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(อนุรักษ์ ทิมทอง)กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. John 10m ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 8.A. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/... 547 ลง 2 พ.ค. 62

รับรองถูกต้อง

ร.ท.หญิงอังคณา จ้อยบรรดิษฐ์
นายทหารเทคนิคการแพทย์