

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 581/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 62 - S - 1529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้รักษาสภาพตะกอนปัสสาวะและใช้ควบคุมการไหลของตะกอนให้อยู่
ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจนับปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่เป็นกลาง (Isotonic Solution) มีสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา

1.2.2 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอน
ปัสสาวะโดยอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

รับรองถูกต้อง


ร.ท.หญิงอังคณา จ้อยบรรดิษฐ์
นายทหารเทคนิคการแพทย์

/คณะกรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ทำหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/547 ลง 2 พ.ค. 62

รับรองถูกต้อง


ร.ท.หญิงอังคณา จ้อยบรรพต
นายทหารเทคนิคการแพทย์