

ผนวก ก.

เงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะงานการจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM)

1. การจัดหา ติดตั้ง และส่งมอบ เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM)

1.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) และดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ภายในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ตามสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการให้บริการเครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จต้องส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการ

1.4 การติดตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดแผนการติดตั้งทั้งหมดให้โรงพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. คุณสมบัติและมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM)

2.1 เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) สมรรถนะ โปรแกรมการใช้งานและเอกสารแคตตาล็อก เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนด

2.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่แผนกรังสีกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และเครื่องต้องสามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะทุกประการ

2.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนการตรวจรับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มสมรรถนะของเครื่อง (Upgrade ทั้ง Hardware และ Software) ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในขณะนั้นตลอดอายุสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและทางราชการ

3. การให้บริการตรวจวินิจฉัย

3.1 การตรวจ เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของรังสีแพทย์ ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3.2 ผู้รับจ้างต้องสามารถ เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.3 กรณีไม่สามารถให้บริการตรวจได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับใบขอส่งตรวจ หรือในกรณีเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจจากสถานบริการอื่นโดยไม่ให้เกิดความล่าช้า โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

4. การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และจรรยาบรรณ

4.1 ผู้รับจ้างต้องควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และต้องมีอะไหล่สำรองเพียงพอ

4.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ค่าบริการ การรายงาน และระบบสารสนเทศ

5.1 การเรียกเก็บค่าบริการตรวจ ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อการตรวจ 1 ส่วน (Part Examination) หากต้องตรวจซ้ำเนื่องจากคุณภาพภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาค่าบริการตรวจตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนาธิกำหนดหรือต่ำกว่า (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านกลุ่มงานรังสีวิทยา ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

5.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (Image Storing System/PACS) รวมถึงหน่วยความจำที่เพียงพอ โดยภาพและผลการตรวจถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล

6. บุคลากร ระบบคุณภาพ และการพัฒนาศักยภาพ

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีนักรังสีการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการตรวจ และต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานตามลักษณะของการตรวจ

6.2 ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพบริการและงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลค่ายสุรนาธิ

6.3 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักเรียนแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย

6.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนาธิอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM) ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control : IC) ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Information Management : IM) ระบบยา (Medication System) ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HR) และ ระบบ

(Medication System) ระบบทรัพยากรบุคคล(Human Resource Management : HR) และ ระบบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(Environmental Health and Safety :ENV) และระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่ โรงพยาบาลกำหนดหรือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

6.5 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย และการพัฒนาระบบบริการ โดยต้องปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐาน และข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่นการเข้าร่วมประชุม คกก.ต่างๆ ของ รพ.รวมทั้งผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบงานคุณภาพโรงพยาบาลค่ายสุรนาธิอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อปรับปรุงต้องได้รับการแก้ไขขอให้ผู้รับจ้างร่วมประชุมและกำหนดแนวทางกับผู้ว่าจ้างเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบงานตาม ข้อ 6.4

6.6 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ การป้องกันและระงับ อัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) หรือการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นต้น ตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนาธิจัดขึ้นหรือกำหนด

7. คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ให้บริการเครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงต่อคณะกรรมการคัดเลือก

7.2 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) ในโรงพยาบาลของรัฐ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง พร้อมเอกสารยืนยัน

8. การบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญา และเครื่องสำรอง

8.1 หากผู้รับจ้างให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

8.2 เมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องออกจากพื้นที่ภายใน 90 วัน และปรับปรุงสถานที่ให้เรียบร้อย โดยการต่อเติมถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ

พ.อ.....ประธานกรรมการ
(เอกสิทธิ์ ศรีธรรมสิทธิ์)

พ.ท.หญิง.....กรรมการ
(สุธิดา ทิพลี)

พ.ท.หญิง.....กรรมการ
(อุดมลักษณ์ แพเกาะ)