

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 037/48

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-0193

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า (Electrical Patient Bed)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยสามารถปรับระดับและทำต่างๆของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า และด้วยระบบมือหมุน (manual)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.

1.2.2 โครงสร้างทำด้วยโลหะเคลือบสี มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.

1.2.3 พื้นเตียงมี 4 ตอน ทำด้วยแผ่นโลหะหรือแผ่นพลาสติก ABS ขึ้นรูปและมีรูระบายอากาศ

1.2.4 สามารถปรับท่าของเตียงได้ด้วยชุดควบคุมแบบมือถือมีสายและด้วยระบบมือหมุน (manual)

1.2.5 สามารถปรับท่าต่างๆได้ดังนี้

1.2.5.1 ปรับระดับสูงสุดของพื้นเตียงให้สูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม.

1.2.5.2 ปรับระดับต่ำสุดของพื้นเตียงให้สูงจากพื้นได้ไม่เกิน 47 ซม.

1.2.5.3 สามารถปรับยกระดับหลัง (ศีรษะ) ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา

1.2.5.4 สามารถปรับยกระดับข้อเท้าได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา

1.2.6 มีพนักพิงด้านหัวเตียงและปลายเตียง สามารถถอดออกและใส่เข้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

1.2.7 มีราวกันเตียงด้านข้าง 2 อัน ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกฉีดขึ้นรูป

1.2.8 มีช่องสำหรับเสียบเสาแขวนน้ำเกลือไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

1.2.9 ล้อเตียงทั้ง 4 ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. สามารถล็อกได้ทั้ง 4 ล้อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมที่นอนและหมอน

1.3.2 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องมีที่นอนฟองน้ำบุด้วยหนังเทียม หรือที่นอนใยมะพร้าวหุ้มฟองน้ำบุด้วยหนังเทียมขนาดพอดีกับเตียง จำนวน 1 หลัง
- 3.2 กำหนดความหนาและจำนวนตอนของที่นอนให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.3 ต้องมีหมอนหนุนใยสังเคราะห์ จำนวน 1 ใบ
- 3.4 ต้องมีเสาสำหรับแขวนน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (stainless steel) จำนวน 1 อัน
- 3.5 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.6 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และ อังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.7 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เป็นสติ๊กเกอร์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง (ประสงค์ ล้อมทอง)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล (ดารณี จินดาพล)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ (ปทุมมา จงศิริ)	หน.แผนกเวชบริรักษ์กลาง รพ.ร.ร.6/ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
7 มิ.ย.2548	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.พร้อมพงษ์ พิระบูล (พร้อมพงษ์ พิระบูล)	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุราภิรักษ์ (ธนา สุราภิรักษ์)	ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ภัทราวดี ชุณหะวัณ (ภัทราวดี ชุณหะวัณ)	รอง ผอ.กอร.กบ.ทบ./กรรมการ

21 มิ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/9823 ลง 1 ก.ย.48