ผนวก ก.

เงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะงานจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

1. การจัดหา ติดตั้ง และส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

1.1 ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย และดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ในโรงพยาบาล ตามสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย รวมถึงการปรับปรุงสถาน ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการ

1.4การติดตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดแผนการติดตั้งทั้งหมดให้กับทางโรงพยาบาลพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. คุณลักษณะและมาตรฐานของเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

2.1 เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ สมรรถนะ โปรแกรมการใช้งาน และเอกสารแคตตาล็อก เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนด

2.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กองอายุรกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และเครื่องต้องสามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะทุกประการ

2.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดก่อนการตรวจรับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.4 ผู้นับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มสมรรถนะของเครื่อง (Upgrade ทั้ง Hardware & Software) ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในขณะนั้น ตลอดอายุสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและทางราชการ

3.การให้บริการตรวจวินิจฉัย

3.1 การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล หรือเจ้าหน้าธุรการ ตามมาตรฐานการให้บริการ และผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่มีการตรวจ เพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกในการดำเนินการ รวมถึงดูแลการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะทำการตรวจ และจัดให้มีการอบรมวิชาการแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

3.2 ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.3 กรณีไม่สามารถให้บริการตรวจได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับใบขอส่งตรวจ หรือในกรณีเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจจากสถานบริการอื่นโดยไม่ให้เกิดความล่าช้า โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับ – ส่งผู้ป่วยทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

4.การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และจรรยาบรรณ

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องมีอะไหล่สำรองให้เพียงพอ

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัดและต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย

5. ค่าบริการ การรายงาน และระบบสารสนเทศ

5.1 การเรียกเก็บค่าบริการตรวจ ผู้รับจ้างจะเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างต่อผู้ป่วย 1 ราย ต่อผลการตรวจ 1 ส่วน (Part Examination) หากต้องตรวจซ้ำเนื่องจากคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาค่าบริการตรวจตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีกำหนดหรือต่ำกว่า (ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ)

5.3 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

5.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อต่อระบบจัดเก็บภาพ/ข้อมูลทางการแพทย์ (Image Storing System/PACS) รวมถึงหน่วยความจำที่เพียงพอ โดยภาพ/ข้อมูลและผลการตรวจถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล

6. บุคลากร ระบบคุณภาพ และการพัฒนาศักยภาพ

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการตรวจ และต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานตามลักษณะของการตรวจ

6.2 ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพบริการและงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

6.3 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักเรียนแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย

6.4 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอย่างเคร่งครัดครอบคลุมระบบบริหารความเสี่ยง(Risk Management : RM) ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control : IC) ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Information Management : IM) ระบบยา (Medication System) ระบบทรัพยากรบุคล (Human Resource Management : HR) และระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Healt and Safety : ENV) และระบบคุณภาพอื่นๆที่โรงพยาบาลกำหนดหรือมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

6.5 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วยและการพัฒนาระบบบริการ โดยต้องปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐาน และข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชุม คกก.ต่างๆ ของ รพ. รวมทั้งผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาลและระบบงานคุณภาพโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อปรับปรุงต้องได้รับการแก้ไขขอให้ผู้รับจ้างร่วมประชุมและกำหนดแนวทางกับผู้ว่าจ้างเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบงานตามข้อ 6.4

6.6 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS) หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น ตามที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีจัดขึ้นหรือกำหนด

7. คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ให้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงต่อคณะกรรมการคัดเลือก

7.2 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานติดตั้งเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า 5 แห่ง พร้อมเอกสารยืนยัน

8. การบอกเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญา และเครื่องสำรอง.

8.1 หากผู้รับจ้างให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือภายใน 30 วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

8.2 เมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญา ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องพร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ให้เรียบร้อยภายใน 90 วัน หากมีการต่อเติมถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการและผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่ารื้อถอนรวมทั้งหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและซ่อมแซมให้ดีดังเดิม

พ.ท. ประธานกรรมการ
(เจษฎา จันทรโณทัย)

พ.ต.หญิง กรรมการ
(ขนิษฐา ปิยะชาติ)

ร.อ.หญิง กรรมการ
(ภัคควดี เหลื่อมทองหลาง)