รพ.ค่ายสุรนารี : Order No. 8322/67 Date/Time: 2024-03-05 15:47:20

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 203/61 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 61 - S - 0104

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
(Hydrogen Peroxide Cassette)

หน่วยนับ ตลับ, กล่อง

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>
   1.1 **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน** ใช้สำหรับทำลายเชื้อ โดยใช้งานกับเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา
   1.2 **คุณลักษณะในทางเทคนิค**
      1.2.1 ตลับทำจากพลาสติกแข็ง หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ปิดแน่น น้ำหนักเบา สะดวกในการเก็บ และมีความปลอดภัยจากการสัมผัสสารละลาย
      1.2.2 บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ 12 Capsule แต่ละ Capsule มีปริมาตร 2.0 ml และมีความเข้มข้นระหว่าง 56-60 %
      1.2.3 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 รอบการทำงานของเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา
      1.2.4 มี Visual Control ช่วยในการสังเกตการใส่ตลับเข้าสู่เครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมาอย่างถูกต้อง
      1.2.5 สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง หรือตู้เย็นธรรมดา
   1.3 **คุณลักษณะในการออกแบบ** เป็นตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ตัวตลับ และกล่องบรรจุตลับระบุวันผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u>
   3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
   3.2 จำนวนของตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
   3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ
   3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล
4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

- 7 ก.ย. 2561 พ.อ.

Scanned with CamScanner

รพ.ค่ายสุรนารี : Order No. 8322/67 Date/Time: 2024-03-05 15:47:20

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
(Hydrogen Peroxide Cassette)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง.....หน.รพ.ค่ายสุรนารี/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ทัศนาลัย หิรัญโรจน์)

- 7 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

2 0 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/1472 ลง 27 ก.ย. 61

Scanned with CamScanner