คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 421/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3423

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดนำไฟฟ้าสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
(Pacing Wire)

หน่วยนับ เส้น/กล่อง

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้นำไฟฟ้าในการกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจต่อกับเครื่อง Pace Maker

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก Stainless Steel ชนิดที่เป็นเส้นถัก (Multifilament) ไม่ละลาย (Non-Absorbable)

1.2.2 เคลือบด้วยสาร Polyethylene หรือสารอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 ทำให้บราศจากเชื้อแล้ว และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นเส้นลวด ส่วนปลายด้านหนึ่งเป็นเข็มโค้ง อีกด้านหนึ่งเป็นเข็มตรง

1.3.2 ขนาดของเข็ม และขนาดของเส้นลวด มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

1.3.3 บรรจุกล่องละ 12 เส้น หรือจำนวนอื่นๆ

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u>

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดของเข็ม และขนาดของเส้นลวดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง.....พยาบาล รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(อรอนงค์ แสนเจริญ)

23 ส.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/ 804 ลง 25 ส.ค. 54