คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 701/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6810-XX-249-3344

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับ แอโรบิก แบคทีเรีย (Aerobic culture media)

หน่วยนับ กล่อง

---

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

1.1.1 เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด supplemented tryptic soy

1.1.2 มีส่วนประกอบของ complex amino acids, carbohydrate substrates และ 0.035% sodium polyanethol sulfonate

1.1.3 มี color-coded label ติดที่ข้างขวด โดยมีแถบ barcode 1 แถบ ที่สามารถลอกออกได้สะดวกสำหรับติดบน record book

1.1.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

**1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน**

1.2.1. เป็นขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปซึ่งใช้เพาะเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนจากตัวอย่างเลือดและ body fluids

1.2.2. ใช้ Colorimetric technology

1.2.3. สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้อยู่

**1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค** -

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u> มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก

---

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ พร้อมพงษ์ พีระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พีระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ อำนาจ ธรรมจินดา ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงสุดาลักษณ์ ฉันทรัชดา หน.แผนกจุลชีววิทยา กพธ.รพ.รร.6/กรรมการ
(สุดาลักษณ์ ฉันทรัชดา)
11 / ส.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 521 ลง 15 ส.ค.43

รับรองถูกต้อง
ร.อ.หญิงสรินทร์ญา พึ่งเทีย
นายทหารเทคนิคการแพท

Scanned with CamScanner

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 299/49(พบ.)

| | |
|---|---|
| หมายเลขลิ่งอุปกรณ์ | 6550-XX-247-1351 |
| ชื่อลิ่งอุปกรณ์ | แผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Susceptibility Cards) |
| หน่วยนับ | การ์ด,แผ่น |

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน**

1.1.1 เป็นแผ่นทดสอบที่ใช้ในการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ

1.1.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์และทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้อยู่

**1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -**

**1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบซึ่งประกอบด้วยช่องบรรจุยาต้านจุลชีพต่างๆชนิดบรรจุเสร็จในแต่ละช่องที่ความเข้มข้นต่างๆกัน

1.3.2 ชนิดยาต้านจุลชีพในแผ่นทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อจุลชีพที่ต้องการทดสอบ

1.3.3 แยกบรรจุหีบห่อเป็นแต่ละแผ่นการทดสอบ

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u> อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

| | |
|---|---|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง<br>( ประสงค์ ล้อมทอง ) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ พ.อ.ปรีชา อนันตะ<br>( ปรีชา อนันตะ ) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ พ.อ.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร<br>( อุไรวรรณ แก้วบวร ) | หน.แผนกพยาธิคลินิคและโลหิตวิทยา กพธ.รพ.รร.6/<br>กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

รับรองถูกต้อง

ร.อ.หญิงสรินทร์ญา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์

Scanned with CamScanner

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 300/49(พบ.)

หมายเลขลิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1352

ชื่อลิ่งอุปกรณ์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อจุลชีพ (Identification Cards)

หน่วยนับ การ์ด,แผ่น

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 เป็นแผ่นทดสอบที่ใช้ในการจำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.1.2 สามารถเลือกใช้ชนิดแผ่นทดสอบตามชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.1.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์และทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบซึ่งประกอบด้วย Biochemical Broths และ Negative Control Broth ในแต่ละช่อง (Well)

1.3.2 ชนิดของ Biochemical Test ในแต่ละชนิดของแผ่นทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.3.3 แยกบรรจุหีบห่อเป็นแต่ละแผ่นการทดสอบ

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u> อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ พ.อ.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร หน.แผนกพยาธิคลินิคและโลหิตวิทยา กพธ.รพ.รร.6/
( อุไรวรรณ แก้วบวร ) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

รับรองถูกต้อง

ร.อ.หญิงสรินทร์ญา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์

Scanned with CamScanner