

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 336/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2112

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยหายใจแบบมีขดลวดอยู่ภายใน
(Endotracheal with spiral inner tube)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นท่อช่วยหายใจที่มีขดลวดอยู่ภายในเพื่อป้องกันการงอพับของท่อ
ขณะที่ศรีษะผู้ป่วยไม่อยู่ในท่าปกติ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวท่อทำด้วย PVC กลวงใส ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (medical grade) หรือ silicone หรือ
วัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 มีขดลวดทำด้วยแสตนเลสอยู่ติดผนังด้านในของตัวท่อ (tube) ใช้ป้องกันการงอพับของท่อ

1.2.3 มีขดลวดเป็นแถบรังสี (radiopaque line) เป็นแนวความยาวของตัวท่อช่วยบอกตำแหน่งเมื่อ X-ray
และมีคืนออกเป็นระยะๆ 2 ซม. ตลอดท่อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อหุ้มด้วยมีขดลวด (steel) อยู่ด้านในของตัวท่อ (tube) ป้องกันการงอพับของท่อ

1.3.2 ตัวน้ำป่วยของท่อจะมีลูกโป่ง ซึ่งนิ่มและมีแรงดันต่ำ (low pressure cuff)

1.3.3 มีหลายขนาดซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุ 1 อันต่อซองประ年之久เชือพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنก์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประسنก์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงศรัณยา ชมรัตน์

พยาบาล รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยเชื้อ

(ศรัณยา ชมรัตน์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุสัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กก 0446.13/364 ลง 22 พ.ค.50