

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 223/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1275

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางห้ามเลือดในหลอดอาหาร (Sengstaken Tube)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์สำหรับห้ามเลือดในหลอดอาหารในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในหลอดอาหาร

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสายยางทำด้วยยางแดง (Red Rubber)

1.2.2 ด้านหนึ่งแยกเป็นปลายสำหรับใส่ น้ำหรือลมเข้าไปในลูกโป่ง จำนวน 2 ปลาย และปลายสำหรับดูดหรือใส่ น้ำเข้าไปในกระเพาะอาหาร จำนวน 1 ปลาย

1.2.3 มีลูกโป่ง (Balloon) 2 ลูก ทำด้วยวัสดุ Silko Latex เป็นสีเหลือง มีลักษณะอ่อนนุ่ม โดยมีวงแหวนที่บ่งแสดงเอกซเรย์อยู่ระหว่างบอลูนทั้งสอง

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดให้เลือก คือ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่และขนาดสำหรับเด็ก

1.3.2 มีขนาดตั้งแต่ 14 เฟรนซ์ (Fr.) ขึ้นไป และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 65 ซม. และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48