

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 806/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ 6515-XX-247-1857

ชื่อสิ่งอุปกรณ แท่งเงินแยงท่อน้ำตา (Bodian Mini-Lacrimal Probes)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้แยงท่อน้ำตา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ท่อเงินแยงท่อน้ำตา (probe) ทำด้วยเงิน มีท่อต่อทำด้วยซิลิโคน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แท่งเงินแยงท่อน้ำตามีลักษณะเป็นแท่งโค้งปลายมนสามารถตัดได้ มีท่อต่อเป็นสายซิลิโคนความยาว
ผู้จะใช้จะกำหนด

1.3.2 ขนาดและความยาวและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์ หน.พยาบาลห้องผ่าตัด/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(เปรมวดี ฐานพงษ์)

27 ก.ค.49

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ที่ขหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/496 ลง 27 ก.ค.49