

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 216/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2731

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายรักษาท่อน้ำตาชนิดซิลิโคน
(Silicone Tubing)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับต่อและรักษาท่อน้ำตาในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของน้ำตา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์ ชนิดใช้ฝังในตัวผู้ป่วยได้

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่ออย่างซิลิโคนขนาดเล็ก สามารถยืดหยุ่นได้

1.3.2 ขนาดและความยาวมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 ขนาด และความยาวจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแฉ่ตากล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์
(เปรมวดี ฐานพงษ์)

หน.พยาบาลห้องผ่าตัด/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

15 พ.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/358 ลง 18 พ.ค.52