

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 791/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1842

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองเท้า (Ankle Foot Orthosis)

หน่วยนับ ข้าง , ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ประคองเท้าผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปประคองเท้า ทำจากพลาสติกอย่างดี หนา 2-5 มิลลิเมตร

1.2.2 ใช้ประคองด้านหลังของหน้าแข้ง และรองรับไปถึงฝ่าเท้า ติดด้วยเวลโก้หรือสายรัดขา มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นตามการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 อุปกรณ์ประคองเท้ามีลักษณะเป็นโครงพลาสติกรูปทรงเท้า มีโครงรองรับส่วนสูงถึงน่อง ด้านหลังเจาะเป็นช่อง 2 ช่อง เพื่อสะดวกในการใส่และการถ่ายเทอากาศ

1.3.2 ที่ประคองด้านหลังและด้านหน้ามีวัสดุอ่อนนุ่มสำหรับรองรับมิให้เกิดทับหรือเจ็บเวลาเดิน มีน้ำหนักเบา มีแถบรัดติดด้วยเวลโก้สามารถปรับขนาดได้อยู่ด้านบน

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกและจำนวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
(ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา)

รอง ผอ.กอช.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

7 ก.ค.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/458 ลง 17 ก.ค.49