

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 742/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1794

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลากนิ้วมีบอลูน ชนิด 3 ช่อง (Balloon Stone Extractor-3 Lumen)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายที่ส่วนปลายเป็นบอลูนสำหรับลากนิ้วออกจากท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (endoscope)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายที่มีส่วนปลายเป็นบอลูนสำหรับลากนิ้วเป็นสายที่ทำมาจากพลาสติกทึบและตัวสายแบ่งออกเป็น 3 ช่องสำหรับใส่ลวดนำทาง , ฉีดสารทึบรังสีและเป่าลมเข้าบอลูน

1.2.2 ส่วนปลายมีบอลูน เมื่อขยายเต็มที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 มม.

1.2.3 สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด .035" ได้

1.2.4 สามารถมองเห็นจุดบอกตำแหน่งปลายของบอลูน เมื่อ x-ray ผ่าน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายที่มีส่วนปลายเป็นบอลูนสำหรับลากนิ้วเป็นสายกลมและยาว มีลักษณะเป็นยางทึบ มีลวดนำเข้าไปทางสายที่สามารถ แบ่งออกเป็น 3 ช่อง และส่วนปลายของหางมีบอลูน

1.3.2 สายขนาด 7 เฟรนซ์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือ 5 เฟรนซ์ ความยาวและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนิรันดร์
(วานิช ปิยนิรันดร์)

อายุรแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้