

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 092/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-4226

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสายจี้พร้อมหัวเข็มใช้ร่วมกับเครื่องมือรักษาเส้นเลือดขอด
(Disposable Epilation for Varicose Vein)

หน่วยนับ ชุด, อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้งานร่วมกับเครื่องมือรักษาเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดฝอย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ด้ามจับ

1.2.1.1 ทำจากวัสดุชนิด Medical grade

1.2.1.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร

1.2.2 หัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นชุดสายจี้พร้อมหัวเข็ม มีขนาดและความยาวของเข็มขนาดต่างๆให้เลือกใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท และหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 ขนาด ความยาวของเข็ม และความยาวของด้ามจับ จะระบุในการจัดหามาแต่ละครั้ง

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กัญญา เกตุคง)

16 ธ.ค. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... 2350 ลง 16 ธ.ค. 57