

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ( รพ.ค่ายสุรนารี ) ที่ 002/62( ชั่วคราว)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

แถบวัดปริมาณน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะโดยการเทียบสี  
( protein and glucose test strip)

หน่วยนับ

กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 ใช้จุ่มในปัสสาวะเพื่อการทดสอบสารเคมี การทดสอบสามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 60-120 วินาที โดยการเทียบสีจากข้างขวด

1.2.คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ในแถบทดสอบประกอบด้วย 3 การทดสอบ ได้แก่ glucose, pH, protein

1.2.2 บรรจุในภาชนะหรือขวดมีสารดูดความชื้นและฝาปิดมิดชิด

1.2.3 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นเทียบสีเพื่อวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะ

2.การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3.ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4.วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ แคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ รพ.ค่ายสุรนารี

พ.อ.....กรรมการ

( ธีรพัฒน์ สายบุงกล้า )

พ.อ.....กรรมการ

( พงศ์ธิษฐา รัตนพิทยานุกุล )

ร.ต.....กรรมการ

( ปิยะ ปัญญาจันทร์ )