

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 140/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3175

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเจาะเยื่อหุ้มปอด  
(Thoracentesis Set)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือสำหรับเจาะเยื่อหุ้มปอดเพื่อระบายเลือด ของเสียหรือลม ออกจากร่างกาย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือส่วนประกอบบางส่วนเป็นวัสดุอื่น ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ประกอบด้วย

- |   |             |
|---|-------------|
| 1.3.1 ค้ามมีด (Knife Handle) เบอร์ 3  | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.2 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Surgical Scissors Straight Blunt) ตรง ยาว 6-7 นิ้ว               | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.3 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Standard Tissue Forceps) มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ยาว 5-6 นิ้ว        | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.4 คีมจับเนื้อเยื่อ (Kelly Artery Forceps Curved) ชนิดฟันเต็มโค้ง ยาว 5½ นิ้ว            | จำนวน 2 อัน |
| 1.3.5 คีมจับเนื้อเยื่อ (Kelly Artery Forceps Straight) ชนิดฟันเต็ม ตรง ยาว 5½ นิ้ว          | จำนวน 2 อัน |
| 1.3.6 คีมจับเนื้อเยื่อ (Ochsner-Kocher Artery Forceps Straight) ชนิดฟันเต็ม ตรง ยาว 5½ นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.7 คีมจับเข็ม (Mayo Hegar Needle Holders) ยาว 6-7 นิ้ว                                   | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.8 คีมจับฟองน้ำ (Foerster Sponge Forceps) ยาว 9-10 นิ้ว                                  | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.9 Tray Stainless ขนาดไม่น้อยกว่า 20x30x5 ซม. without Cover                              | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.10 Iodine Cup ขนาด 6 oz   | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.11 ชามรูปไต (Kidney Basin) ขนาด 8 นิ้ว  | จำนวน 1 อัน |

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
- 3.2 บริษัทผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- 3.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพการผลิตและการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทติดกับเครื่องมือ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ตาคาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

