

หมายเลขอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดแบบออสซิลโลเมตริก สามารถแสดงค่าความดันโลหิตทั้งซิสโตลิก ค่าเฉลี่ย ค่าไดแอสโตลิก และอัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัวเลขได้พร้อมกัน

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic, Mean pressure และ Heart Rate ได้พร้อมกัน

1.2.2 สามารถใช้กับทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

1.2.3 มีระบบตั้งเวลาวัดแบบอัตโนมัติ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

1.2.4 สามารถตั้งสัญญาณเตือน (alarm limit) ได้ทั้งค่า Systolic, Diastolic, Mean pressure และ Heart Rate ซึ่งค่าที่วัดได้สูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ เครื่องจะเตือนเป็นสัญญาณเสียงและแสง

1.2.5 มีระบบเก็บข้อมูล และแสดงค่าที่วัดย้อนหลังได้ เมื่อต้องการ

1.2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต หรือจาก Battery ชนิด Rechargeable ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง

1.2.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

1.2.7.1 Cuff วัดความดันโลหิตผู้ใหญ่รวมสายลม 1 ชุด

1.2.7.2 Cuff วัดความดันโลหิตเด็กหรือรวมสายลม 1 ชุด

1.2.7.3 AC power cord 1 ชุด

สำเนาถูกต้อง

( จิรายุ สุพรรณเกษิข )

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อแข็งแข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง 3 น้ือยทหารประจำ ผสส.สาย พ.ภภ.รพ.ค่ายสุรนารี

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และผลลงกรใช้งาน...../.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ส.ส.สาย 3. พ.ของ พบ.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ