

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 246/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5102

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า  
(Electrosurgical Patient Plate)

หน่วยนับ แผ่น/ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.1.1 ใช้ติดบนผิวหนังผู้ป่วยเพื่อเป็นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลกลับสู่เครื่องจี้ไฟฟ้า ในระหว่างผ่าตัด
- 1.1.2 สามารถใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าที่หน่วยมีใช้อยู่

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ตัวแผ่นทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
- 1.2.2 สื่อนำไฟฟ้าเป็นเจลที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า
- 1.2.3 เคลือบด้วยกาวชนิดนำไฟฟ้าติดแน่นและไม่หลุดง่าย

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 มี 2 แบบ คือ แบบ split หรือ return electrode : REM และแบบ standard
- 1.3.2 มีขนาดสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.3 มีทั้งแบบมีสายและไม่มีสายนำไฟฟ้า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น  
(สาคร คงมั่น)

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์  
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล ร.พ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

.....21...../.....ก.ก...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46