

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 148/45 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520- XX-248-4531
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเบอร์ปั่นวัสดุอุดรากฟันรูปเกลียว
(Lentulospiral Drill Bur)
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน_ ใช้กรอปั่นยาเหลวหรือวัสดุอุดได้เพิ่มความยาวของคลองรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะสแตนเลส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หัวเบอร์ สามารถใช้งานร่วมกับหัวกรอฟัน ชนิด low speed contra-angle

1.3.2 ทนทาน ไม่สึกกร่อนเป็นสนิม เมื่อนำไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ

1.3.3 ส่วนใช้งาน (shaft) มีลักษณะม้วนเป็นเกลียวต่อเนื่องคล้ายสปริงมีความยาวให้เลือกอย่างน้อย 3 แบบ
คือ ความยาว 21, 25 และ 30 มม. แต่ละแบบมีขนาดหน้าตัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ working tip แตก
ต่างกันอย่างน้อย 4 ขนาด คือ ขนาดนัมเบอร์ 25 , 30 , 35 และ 40

1.3.4 บรรจุกล่อง ๆ ละ 4 อัน มีให้เลือก 2 ชนิด คือ ชนิดบรรจุขนาดเดียวกันทั้ง 4 อัน
หรือชนิดบรรจุขนาด 4 ขนาด ขนาดละ 1 อัน

1.3.5 ความยาว และ ขนาดชนิดการบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร ประจําแผนก พบ./กรรมการ
(อรรถยุทธ อินทร์วร)

....22..../..ศ.ค..../..45...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/482 ลง 22 ศ.ค.45