

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 258/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2773

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเบอร์เจาะแต่งรากฟันแบบ Gates Glidden
(Gates Glidden Root Canal Drill Bur)

หน่วยนับ อัน / กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เจาะเปิด ขยาย ตกแต่ง ภายใน โพรงฟัน เพื่อเตรียมช่องเปิดเข้าสู่คลองรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ผลิตจากโลหะปลอดสนิม หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หัวเบอร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.3.1.1 ส่วนก้านจับ (Shaft) ใช้สำหรับยึดจับกับหัวกรอชนิดความเร็วต่ำ

1.3.1.2 ส่วนใช้งาน (Working End) มีลักษณะคล้ายลูกรักบี้หรือดอกบัว มีสันเป็นเกลียวคมตรงส่วนป้องกันสองข้าง แต่ปลายแหลมสุดไม่มีความคม

1.3.1.3 ส่วนคอ (Neck) เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่าง 2 ส่วนแรก ซึ่งออกแบบให้มีความยาวมากกว่าหัวเบอร์ทั่วไปที่ใช้ในการกรอฟัน

1.3.2 ความยาวจากปลายแหลมสุด ถึงปลายก้านจับ มีหลาย ความยาวให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนใช้งาน มีหลายขนาดให้เลือก (เรียงตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุด) โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายอื่นๆ แสดงไว้ตรงส่วนก้านจับ

1.3.4 ขนาดตามข้อ 1.3.2 และ 1.3.3 จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.5 ขนาดบรรจุ ใน 1 กล่อง มี 6 อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่จากโรงงาน ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|--|---|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช
(ชัชวาล บุรณรัช) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ไศภิชฐ์สุดา วีรกิจติ
(ไศภิชฐ์สุดา วีรกิจติ) | ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

1 ก.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/514 ลง 2 ก.ค.52