คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 175/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520 - XX - 248 - 5025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุอุดคลองรากฟันชนิดถาวร

(Endodontic Filling Material)

หน่วยนับ ชุด

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับอุดรากฟันถาวร ทั้งฟันแท้และฟันน้ำนม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุที่เมื่อแข็งตัวแล้วสามารถปรับตัวให้แนบแน่นสนิท ได้ดีกับคลองรากฟัน

1.2.2 ส่วนที่เลยเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อนอกรากฟันไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ (tissue compatible) และ มีคุณสมบัติละลายได้เองในช่วงเวลาหนึ่ง (self solubility)

1.2.3 มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (bacteriostatic)

1.2.4 คุณสมบัติทึบแสงเอกซเรย์ (radiopaque)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ใน 1 กล่อง ประกอบด้วย

1.3.1 ส่วนผง บรรจุในภาชนะที่เป็นขวด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 กรัม

1.3.2 ส่วนน้ำ บรรจุในภาชนะที่เป็นขวดทึบแสง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7.5 ซีซี.

1.3.3 แผ่นกระดาษรองผสม (mixing pad) 1 ชุด

1.3.4 ช้อนตวงผง (scoop) 1 อัน

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u> -

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร ประจำแผนก พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อรรถยุทธ อินทร์วร)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้าย
หนังสือ กวก.พบ.

------27--------/--------พ.ค.--------/----46---------