

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 224/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3258

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดผ่าตัดเส้นโลหิตดำ (Cut Down Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเส้นโลหิตดำในผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือส่วนประกอบบางส่วนเป็นวัสดุอื่นตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ประกอบด้วย

| | |
|---|--------------|
| 1.3.1 Knife Handle เบอร์ 3 | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.2 Iris Scissors Curved ยาว 4-5 นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.3 Standard Scissors, Sharp/Sharp Straight ยาว 5-6 นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.4 Standard Tissue Forceps 1x2 Teeth ยาว 5-5½ นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.5 Standard Dressing Forceps Nontooth ยาว 5-5½ นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.6 Adson Tissue Forceps ยาว 4-5 นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.7 Mosquito Artery Forceps Full Surrations, Cared ยาว 5 นิ้ว | จำนวน 3 อัน |
| 1.3.8 Mosquito Artery Forceps) Full Surrations, Straight ยาว 5 นิ้ว | จำนวน 2 อัน |
| 1.3.9 Mayo Hegar Needle Holders ยาว 5½ นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.10 Foerster Sponge Forceps ยาว 10 นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.11 Jansen Retractors 3x3 Teeth, Sharp ยาว 10 นิ้ว | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.12 Tray Stainless Size 12x8x2 นิ้ว without Cover | จำนวน 1 อัน |
| 1.3.13 Iodine Cup 6 oz | จำนวน 1 ถ้วย |

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

3.2 บริษัทผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพการผลิตและการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

3.4 เครื่องมือในรายการที่ 1.3.1 – 1.3.11 จะต้องมีการหามาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอยู่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง
(ทักษิณ เจียมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อมรรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประจำแผนกเวชบริรักษ์กกลาง รพ.ร.6
(อมรรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

12 ม.ค.2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/27 ลง 12 ม.ค.54