

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 037/57

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - 1061

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะและของเหลวออกจากร่างกาย

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับดูดเสมหะ และของเหลวออกจากร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชุดควบคุมแรงดูดและมาตรวัด (Vacuum Regulator and Gauge)

1.2.1.1 ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS Polymer หรือ Polycarbonate หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.1.2 มีปุ่มปรับให้เลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ แบบดูดเป็นจังหวะ (Intermittent) และแบบดูดต่อเนื่อง (Continuous)

1.2.1.3 มีปุ่มปรับค่าแรงดูดและมาตรวัดแรงดัน Vacuum Gauge ซึ่งสามารถแสดงค่าได้ตั้งแต่ 0-300 mmHg หรือมากกว่า

1.2.1.4 มีสวิตช์เปิดปิดวาล์วระบบ Vacuum เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1.2.1.5 มี Adapter สำหรับต่อใช้งานเข้ากับระบบ Pipeline ของโรงพยาบาลได้

1.2.1.6 การดูดเป็นจังหวะ มีระยะเวลาในการดูดอยู่ในช่วง 15-20 วินาที และระยะเวลาในการหยุดดูดอยู่ในช่วง 7-12 วินาที

1.2.1.7 มีอัตราการไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า 65 ลิตรต่อนาที โดยไม่ต่ออุปกรณ์ใดๆ

1.2.1.8 มีค่าความแม่นยำ คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 3 ของค่าที่อ่านได้

1.2.2 ขวดกันล้น

1.2.2.1 มีระบบหรือกลไกที่สามารถป้องกันของเหลวล้นเข้าชุดควบคุมแรงดูด

1.2.2.2 สามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้

1.2.3 ขวดใส่ของเหลว

1.2.3.1 ตัวขวดทำจากพลาสติก Polysulphone หรือ Polycarbonate มีลักษณะโปร่งใส สามารถมองเห็นได้รอบ ตกไม่แตก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตร

1.2.3.2 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ประกอบด้วย

1.3.1 ชุดควบคุมแรงดูดและมาตรวัด (Vacuum Regulator and Gauge)

1.3.2 ขวดกันล้น

1.3.3 ขวดใส่ของเหลว


/2. การบรรจุและหีบห่อ ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์


ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะและของเหลวออกจากร่างกาย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
 - 3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 - 3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อินทิรา เฟ่งพินิจ) 18 ส.ค. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินธุ์ บุรณะวิทย์)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ) 28 ส.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำฉบับที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อย กท 0404/..... 12407 ลง 6 ต.ค. 60