

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 358/50 (พบ.)
 หมายเลขอุปกรณ์ 6520-XX-247-2134
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือรังแทกเนื้อเยื่อในช่องปาก แบบ University of Minnesota
 (University of Minnesota Tissue Retractor)
 หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในงานศัลย์ปริทันต์เพื่อรังแทกเนื้อเยื่อออจากบริเวณที่ทำการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการอบ นึ่ง ด้วยความร้อนภายในตัวเร่งดัน ไอน้ำ หรืออบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 รูปแบบของเครื่องมือโค้งงอตามแบบ University of Minnesota

1.3.2 ขอบของเครื่องมือ เรียบมน ไม่มีคม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบ หรือได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเดตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنศ์ ล้อมทอง
(ประسنศ์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปริชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปริชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงโภกิจฐ์สุดา วีรกิตติ
(โภกิจฐ์สุดา วีรกิตติ)

ทันตแพทย์ รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยໃช