

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 364/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3366

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นกรองอากาศหรือแก๊สชนิดปราศจากเชื้อ
(Sterile Filter)

หน่วยนับ ชิ้น/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นแผ่นสำหรับกรองอากาศหรือแก๊ส เพื่อให้อากาศหรือแก๊สปราศจากเชื้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก PTFE หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า สามารถกรองอากาศหรือแก๊สได้

1.2.2 มีประสิทธิภาพการกรองละเอียดไม่น้อยกว่า 0.2 ไมครอน

1.2.3 สามารถต่อเข้าได้กับเข็มฉีดยาหรือข้อต่อ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ก่อนถึง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นแผ่น membrane บรรจุอยู่ในกรอบวงกลมสำเร็จรูป

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 26 มม.

1.3.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สามารถใช้งานได้ทันที
บรรจุ 1 ชิ้นต่อ 1 ซอง และใน 1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น หรือ จำนวนอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ท..... รังสีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ชัชชาญ คงพานิช)

๒7 ธ.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 523 ลง 24 มิ.ย. 54