

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 109/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6530 - M - 60 - S - 0060

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โต๊ะคร่อมเตียง
 (Overbed Table)

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วย สำหรับวางถาดอาหารหรือสิ่งของผู้ป่วย

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างผลิตจากเหล็ก และหุ้มด้วยพลาสติก Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า พันสีด้วยระบบ Coating

1.2.2 พื้นโต๊ะผลิตจากพลาสติก Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 450 x 820 มม.

1.2.3 ปรับระดับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 1,150 มม.
ปรับระดับความต่ำได้ไม่น้อยกว่า 850 มม.

1.2.4 มีล้อยาง 4 ล้อหมุนรอบตัวได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 มม.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นโต๊ะคร่อมเตียงผู้ป่วยแบบมีล้อที่ฐานล่าง เคลื่อนที่ได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..... อดิ หะ ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ..... นายทหารพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระ
(สมรส ศรีภมา) พระพุทธยอดฟ้าฯ/กรรมการผู้แทน

27 0.75 2560

คุณฉีกซองเอกสารฉบับนี้ออกให้ใช้
ตามอนุวิธี จก.พบ.ท้ายหนังสือ จกค.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 257 ลง 27 ก.พ 60