

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ ๑45/49

หมายเลขอ้างอิงอุปกรณ์ 6515-XX-247-0363

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเลือดเทียม (Vascular Graft)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นหลอดเลือดเทียมใช้แทนหลอดเลือดผู้ป่วยในวาระที่ผ่าตัด ผ่าตัดหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ประเภท Polytetrafluoroethylene หรือจากสารสังเคราะห์ Polyester หรือใช้วัสดุอื่นที่ดีกว่า ใดที่เป็นสารที่ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาต่อต้าน

1.2.2 มีแถบสี หรือ Marker บนหลอดเลือดเทียม

1.2.3 ทำไว้สำหรับตรวจเห็นถึงบริเวณในของโรคสนิท

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หลอดเลือดเทียมมีลักษณะเป็นท่อโดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น แบบเส้นตรง แบบเส้นแยกหรือรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ป่วย ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง เพื่อสะดวกในการใช้งาน

2.2 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัผู้ผลิต

3. ข้อจำกัดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากรับส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบความคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและผลผลิต และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พน.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ถิ่นทอง

ผอ.กวก.พน./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ถิ่นทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปริชา อนันตะ

ผอ.กพ.พน./กรรมการ

(ปริชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวิดี ถีสุทธิวิบูลย์

พยาบาล พ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวิดี ถีสุทธิวิบูลย์)

ตรวจถูกใจ

ร.๓. ๑๖๓

5 ก.ย. 2549

คณะกรรมการ...

นายแพทย์ประจำ กอ.กวก.พน. พล.ร.ล.จ.สุรนารี
๑๖, ๑๖, ๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.อนนต์ นอบไทย
(อนนต์ นอบไทย)

ผทท.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุวรรักษ์
(ธนา สุวรรักษ์)

ผอ.กกบ.ทบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ณ กานต์ กัดสวัณดี
(ณ กานต์ กัดสวัณดี)

หน.กบ.ทบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมให้ใช้
ตามอนุมัติ สป. ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/12156 ลง 25 ธ.ค. 49

12 ก.ย. 2549