

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 271/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-2786

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่เก็บ Rack สำหรับใช้กับเครื่องตรวจเลือด
(Rack for Blood Analyzer)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นที่เก็บ Rack สำหรับใช้กับเครื่องตรวจเลือด เพื่อกันไม่ให้ Rack ที่วางหลอดทดลองล้ม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์โลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเหมือนตะแกรง ขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 12.8 x 27 x 4 ซม.

1.3.2 ด้านบนมีช่อง จำนวน 10 ช่อง โดยแต่ละช่องสามารถใส่ Rack ที่วางหลอดทดลองได้

1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจเลือด ที่หน่วยงานมีใช้อยู่

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคง แข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุณรัช

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ชัชวาล บุณรัช)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ

นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/

(ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

21 ก.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/575 ลง 21 ก.ค.52