

หมายเลขอ้างอิงกรรฯ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดแก้วทดลอง ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นหลอดแก้วมาตรฐานตามขนาดที่ต้องการ ใช้บรรจุของตัวอย่างชนิดต่าง ๆ เท่านำไปทดลองหาคุณสมบัติทางห้องปฏิบัติการ

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นหลอดแก้วทดลองทำด้วยแก้วอย่างดี ทนความร้อนได้ถึง 700°เซลเซียส โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพใด ๆ ของหลอดแก้ว

1.2.2 มีขนาดต่าง ๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และตามความเหมาะสมของสถานที่ใช้งาน

2. การบรรจุหินอ่อน -

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ -

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. กานต์ ธรรมรงค์ ประธานกรรมการ
พ.อ. นันนท์ ไตรภูมิธรรมรงค์ กรรมการ

พ.อ. วิวัฒน์ ใจดี กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. นันนท์ ไตรภูมิธรรมรงค์ ประธานกรรมการ

พ.อ. วิวัฒน์ ใจดี กรรมการ

ไพบูลย์ ธรรมรงค์ กรรมการ

ไพบูลย์ ธรรมรงค์ กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้ใช้ตาม

อนุมัติ พบ.พบ. ท้ายบันทึก กบ.พบ.

ที่กบ.0404/ 7558 ลง 6 ม.ค.31

(ลงชื่อ) _____

() _____

(捺印) _____